

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746

Producent:

PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki, Polska

Niepowtarzalny Numer Rejestracyjny (SRN): PL-MF-000023053

My, PZ CORMAY S.A., oświadczamy, że następujący wyrób:

Nazwa wyrobu: ACCENT WASHING SOLUTION

Numer katalogowy wyrobu: 3-119

Kod Basic UDI-DI: 590751463-11947

Klasa wyrobu: A

Reguła klasyfikacji: 5a

Zastosowanie: ACCENT WASHING SOLUTION jest przeznaczony do mycia igieł reagentowych i próbkowych analizatorów biochemicznych: ACCENT S120 / BS-230, ACCENT MC240 / BS-240Pro, ACCENT M320 / BS-360E podczas rutynowej pracy analizatora, a także w celu eliminacji efektu przeniesienia. ACCENT WASHING SOLUTION jest także przeznaczony do mycia igieł reagentowych i próbkowych analizatora biochemicznego ACCENT-200 (II GEN) / BS-200, w celu eliminacji efektu przeniesienia przy wykonywaniu oznaczeń stężenia magnezu. Wyrób jest przeznaczony tylko do diagnostyki in vitro, przez profesjonalnych użytkowników.

jest zgodny z ogólnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania wg ZAŁĄCZNIKA I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 i została dla niego dokonana ocena zgodności wg ZAŁĄCZNIKA IX Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746.

Niniejsza Deklaracja Zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność PZ CORMAY S.A.

Podpis:

Anna Smolira



Osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną

PZ CORMAY S.A.

Podpis:

Robert Wiśniewski



Osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną

PZ CORMAY S.A.

Miejsce: Lublin

Data: 10 czerwca 2022

Dane do faktury:

PZ Cormay S.A.
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

Dane teleadresowe:

PZ Cormay S.A.
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

www.cormay.com